



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-352 / 09 / 03.2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ ”ИВЪРШВАНЕ НА СМР И СРР В 11 ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”

Относно: Отговор на поставени въпроси по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни работи в лъчетерапевтични болнични заведения в гр. София и гр. Варна, групирани в две обособени позиции, Решение № РД-17-108 от 24.02.2012 г.

В отговор на зададени въпроси по обособена позиция № 2: „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр.Варна

Въпрос 1:

В проектите липсва спецификация на външна и вътрешна дограма. Бихте ли ни предоставили такава?

Отговор:

Да. Спецификацията за вътрешната и външната дограма са качени на електронната страница на Министерство на здравеопазването, Обществени поръчки - профил на купувача, Процедури, провеждани по реда на ЗОП, „Извършване на строително-монтажни работи в „СБАЛ по онкология” ЕАД - гр. София и УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна”, групирани в две обособени позиции” <http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=4644>

Въпрос 2:

За обособена позиция 2 – позиция 25 е отбелязана като „Защитна облицовка по стени от алуминиево фолио 1.5 мм – 387.36 м2, а в проекта е отбелязано, че облицовката по стени е от олово. Бихте ли уточнили от какъв материал трябва да бъде облицовката?

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

Отговор:

За обособена позиция 2 -Позиция 25 от количествено-стойностната сметка, отбелязаната като „Защитна облицовка по стени от алуминиево фолио 1,5 мм – 387,36 м2” да се счита за: „**Защитна облицовка по стени от оловно фолио 1,5 мм – 387,36 м2**” съгласно проекта.

Въпрос 3:

За обособена позиция 2 моля потвърдете ед. мярка на позиция 41. Циментов холкер 10 см – 421.35м2.

Отговор:

За обособена позиция 2 -По Позиция 41 от количествено-стойностната сметка, единичната мярка за циментов холкер 10 см – 421,35 м2, да се счита за **метър линеен.**

Въпрос 4:

За обособена позиция 2 при изграждането на рампата за инвалиди предвижда ли се повдигателна платформа или асансьор?

Отговор:

За обособена позиция 2 при изграждането на рампа за инвалиди НЕ се предвижда повдигателна платформа, нито асансьор.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011г./

