



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 203
факс: (+359 2) 9301 451

mail@mh.government.bg
www.mh.government.bg

Изх. № 26-03-65/09.10. 2015 год.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Искане за разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново модифицирано оборудване за нуждите на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям следните отговори на зададените въпроси:

Въпрос №1: Във връзка с изискването от техническата спецификация: „**памет:** мин. 100 комплекта протоколи, 50 комплекта измерени данни, 20 комплекта стандартни криви”, моля да уточните коя памет имате предвид – на ридера или на компютъра, който го управлява? Моля да уточните дали ще приемете, че е изпълнено изискването за съхранение, ако съхранението на данните е в компютъра?

Отговор на въпрос №1: Изискването за памет - мин. 100 комплекта протоколи, 50 комплекта измерени данни, 20 комплекта стандартни криви от техническата спецификация е поставено към ELISA ридера.

Въпрос №2: Във връзка с изискването от техническата спецификация: „мембранна клавиатура за управление” ще се приеме ли, че предлаганият ридер отговаря на техническата спецификация, ако същият разполага с “Touch Screen” display, от който се осъществява управлението, който е по-съвременна и по-модерна технология от посочената от Вас мембранна клавиатура за управление? Този начин на управление е напълно еквивалентен на посочената от Вас техническа характеристика, както чл. 30 и чл. 32 от ЗОП дават възможност?

Отговор на въпрос №2: Изискването за мембранна клавиатура за управление е поставено от Възложителя с оглед защита на апарата от негативното въздействие при попадане на влага, вода и други потенциално агресивни течности (реактиви и т.н.). Възложителят ще приеме и еквивалентно решение при условие, че участникът докаже, че клавиатурата на оферирания от него апарат е защитена от въздействието на влага, вода и други течности.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
министър на здравеопазването

