

Специална сигнализация

До: Г-жа Ваня Миткова
Относно: Предложения,
мнения и препоръки по
Техническа спецификация за
проводждане на обществена
поръчка за закупуване на
Санитарни Автомобили

Въртящи се сини сигнални лампи-поставени на покрива на линейката, като един лайтбар да е монтиран отпред, перпендикулярно спрямо наддължната ос. Отзад на средната линия по протежение на колата да е разположен трети светлинен източник. Излъчваната светлина да е с достатъчна интензивност.

Въпрос:

1. Въртящи сини светлини: Ротационни? Размери – диаметър, височина?
2. Като количество разбираам общо 3 броя – два отпред и една отзад?
3. Трети светлинен източник? Имате предвид 3 тата ротационна лампа или друг вид светлина?
4. Лайтбар монтиран отпред: Размери? Лед светлини или ротационни? Отговарящи на сертификат R 10? Син или транспарентен капак? Сирената и репродуктора да са в лайтбара или отделно?

Две сини допълнителни светлини да са инсталирани отпред на бронята на колата и да излъчват импулсна мигаща светлина

Препоръка:

Да са монтирани зад бронята на автомобила / видителността е еднаква, но за по висока издръжливост.... клони, закачване.... / Сертификати относно компатабилността на електрониката в автомобила, вибрации, водоустойчивост.....

Оборудване за пренасяне на пациент (БДС EN 1789:2007+A2:2014)

Вакуум матрак: Размери, камери, преносна чанта и за съхранение?

Платно за носене или трансферен матрак – не се изиска за обикновен транспортер сертификат

Оборудване за имобилизация

Обтягащо устройство: Какво имате в предвид? Extender?

Обездвижване комплект фрактури Предполагаме вакуум шини Тегло? Размери? Спецификация?

Оборудване за вентилация

Редуцир вентил – Техническа спецификация, колко стъпки, поток, и т.н.

Оборудване за инфузии

Устройство за инфузионно налягане: Инфузионна помпа или Перфузор, техническа спецификация.

Забележка: Ако Ви трябва техническа спецификация относно някои модели или помощ, консултация оставам на Ваше разположение.

Аксенция Нижна

Търговски директор

