

**ПРИЕМАМ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**



Дата: ...26.03... 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане, оценка и класиране на офертата в обществена поръчка с предмет: **“Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”** (констатациите на комисията за наличието и редовността на представените документи в Плик №2, както и отваряне на Плик №3 с ценовите оферти на участниците, оценяване и класиране на офертите), както следва:

На проведени закрити заседания, първото от които на 06.03.2015 г., комисия назначена със Заповед № РД-11-100/18.02.2015 г. на възложителя за провеждане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”**, в състав:

Председател:

Милен Йорданов, юрисконсулт в дирекция „ОП“;

Членове:

1. д-р Васка Василева, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, експерт с професионална компетентност;
2. Христо Сокеров, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, физик, експерт с професионална компетентност;
3. Иван Господинов, главен експерт в дирекция „МП“;
4. Антон Господинов – и. д. директор на дирекция „ОП“, на мястото на Евелина Василкова, поради служебната ангажираност на същата.

Преди началото на заседанието и след запознаване със списъка на постъпилите оферти, Антон Господинов подписа декларация по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Комисията продължи с разглеждането на документите на участника, приложени в плик №2. Комисията установи следното:

Участникът „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага:

№	Име на апаратурата:	Марка на апаратурата:
1.	Мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор	TrueBeam, производство на Вариан Медикъл Систъмс.
2.	Система за интраоперативно лъчелечение	Intrabeam, IORT, производство на Carl Zeiss Meditec AG

2.1. Техническо предложение на „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

2.1.1. При извършеният преглед на офертата на „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, комисията не намери потвърждение на изискването посочено в т. 1 от Техническата спецификация за системата за планиране на лъчелечението.

В тази връзка на основание чл. 68, ал. 11, т. 2а от ЗОП, комисията изиска с писмо, изпратено по факс на 12.03.2015 год., от участника „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да представи разяснение за следното: В Приложение № 1 – Таблица за съответствие – приложение към техническото предложение на участник „Варинак

България“ ЕООД, на стр. 11 срещу изискването на възложителя относно Системата за планиране на лъчелечението, а именно: работни станции с необходимите лицензи за очертаване на контури, включително автоматични функции за очертаване на контури и оценка на плана – 2 броя, сте посочили следното: „В своята оферта предлагаме да се запазят настоящите планираща и мрежова системи, да се актуализират до последна версия и да се разширят. Актуализация=Раздел 5 от техническата оферта на производителя. 6.03 и 6.05 от техническа оферта на производител.“.

Предвид горното, моля да ни уведомите къде в приложените от Вас документи може да се намери потвърждение на заложеното от възложителя изискване по отношение на Системата за планиране на лъчелечението, а именно: работни станции с необходимите лицензи за очертаване на контури, включително автоматични функции за очертаване на контури и оценка на плана – 2 броя.

С писмо с вх. № 26-01-38/12.03.15 г., участникът е представил разяснение. Комисията разгледа така представеното разяснение и приема същото.

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, което **напълно съответства** на изискванията на възложителя. Комисията допуска участника до техническа оценка.

Участникът „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е направил техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, отговарящо на заложените параметри и се допуска до разглеждане на Плик № 3 „Предлагана цена“.

След извършване на горните действия и запознаване с предложението за изпълнение на поръчката Комисията пристъпи към оценка на офертата по показателите за оценяване, съгласно критерия за оценка „икономически най-изгодна оферта“, както следва:

Показателят П2 „Гаранционен срок” с максимален възможен брой точки 100. Участника с най-голям гаранционен срок получава максимален брой точки, а всички останали участници получават точки изчислени по следната формула

$$П2 = \text{Предложен от участника гаранционен срок} / \text{Най-голям гаранционен срок} \times 100$$

Предложението на участника „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по Показател К2 „Гаранционен срок“ е както следва:

№	Показател П2	Предложение	Точки
1.	Гаранционен срок:	24 месеца	100 т.

$$П2 = 100 \times 10\% \text{ тежест}$$

$$П2 = 10 \text{ т.}$$

Показателят П3 „Функционални характеристики” с максимален възможен брой точки 100.

№	Показател П3	Предложение	Точки
1.	Качество на лъчелечението в рамките на 2%	Да	100 т.
2.	Един и същи дебит в рамките на 1%;	Да	
3.	Характеристики на лъчевия сноп в рамките на 1% (за хомогенност и симетрия)	Да	

ПЗ = 100 x 30% тежест

ПЗ = 30 т.

Показателят П4 „Технически предимства” с максимален възможен брой точки 100.

№	Показател ПЗ	Предложение	Точки
1.	Наличие на модул за портална дозиметрия, в предложената планираща система, за верификация на модулирано по интензитет лъчелечение и обемно модулирано ротационно лъчелечение.	Не	51 т.
2.	Планиращата система да дава възможност за извършване на планиране на една и съща конзола на: 3D конвенционално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение, обемно модулирано ротационно лъчелечение, радиохирургия и стереотактично лъчелечение.	Да	
3.	Възможност за изпълнение на обемно модулирано ротационно лъчелечение без изравнителен филтър за фотонни енергии.	Да	
4.	Дигитално контролиране за автоматично отваряне/затваряне на рамената на кV образната система командвана от контролната система.	Да	

П4 = 51 x 10% тежест

П4 = 5.1 т.

$$П2 + ПЗ + П4 = 10 + 30 + 5.1 = 45.1 \text{ т.}$$

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача, че отварянето на ценовата оферта ще се проведе в четвъртък 19.03.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ №5, гр. София. Съобщението за отваряне на ценовата оферта и присъдените точки на участника беше публикувано на 16.03.2015 г. на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, на следният адрес: <http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7430>

В указания ден и час комисията, назначена със Заповед № РД-11-100/18.02.2015 г. на възложителя, в състав:

Председател:

Милен Йорданов, юрисконсулт в дирекция „ОП“;

Членове:

1. д-р Васка Василева, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, експерт с професионална компетентност;
2. Христо Сокеров, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, физик, експерт с професионална компетентност;
3. Иван Господинов, главен експерт в дирекция „МП“
4. Евелина Василкова, главен експерт в дирекция „ОП“, отвори ценовата оферта на участника.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на публичното заседание на комисията от правото си да присъстват се възползваха представителите на следните участници:

1. Петя Консулова – административен мениджър - „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
2. Маринела Барболова – търговски представител на „ДАРИС-МС“ ЕООД;

Съгласно документацията, Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия и критерия за оценка на офертите по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП „**икономически най-изгодна оферта**“.

Предлагана цена от фирма „ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

НАИМЕНОВАНИЕ	Обща цена на оборудването в лв. без ДДС	Обща цена на оборудването в лв. с ДДС
“Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”.	4 964 999,00	5 975 998,80

След приключване на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците приключи публичната част от заседанието на комисията. На закрито заседание, комисията разгледа ценовата оферта на участника.

След извършване на горните действия и запознаване с ценовото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценка на офертата по показателите за оценяване, съгласно критерия за оценка „**икономически най-изгодна оферта**“, както следва:

Показател П1 „Цена“ с максимален възможен брой точки 100. Участника с най-ниска цена получава максимален брой точки, а всички останали участници получават точки изчислени по следната формула:

$$П1 = \text{Най-ниско ценово предложение} / \text{Ценово предложение на участника} \times 100$$

№	Участник	Предложение	Точки
1.	„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	4 964 999,00	100 т.

$$П1 = 100 \times 50\% \text{ тежест}$$

$$П1 = 50 \text{ т.}$$

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към изчисление на комплексната оценка на участника, както следва:

Общата комплексна оценка (**КО**) за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на относително тегло за всеки.

$KO = (P1 \times 50\%) + (P2 \times 10\%) + (P3 \times 30\%) + (P4 \times 10\%)$
 $KO = (100 \times 50\%) + (100 \times 10\%) + (100 \times 30\%) + (51 \times 10\%)$
 $KO = 50 + 10 + 30 + 5.1$
 $KO = 85.1 \text{ т.}$

В резултат от работата си по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилото предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.", Комисията,

ПРЕДЛАГА:


Класиране на участника в процедурата, както следва:

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
1-во място	„ВАРИНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	85.1


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: "Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.", да бъде обявен участникът, класиран на първо място.

Настоящият протокол се предава на възложителя на 20.03.2015 г. заедно с цялата документация.

Председател:

Милен Йорданов..... 

Членове:

1. д-р Васка Василева..... 

2. Христо Сокеров..... 

3. Иван Господинов..... 

4. Евелина Василкова..... 

5. Ралица Калинова..... 

6. Антон Господинов..... 