



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 148
факс: (+359 2) 9301 451

mail@mh.government.bg
www.mh.government.bg

Изх. № 94-1140/20.6.2014 год.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснения по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получени въпроси по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора”, част от СРИП на МЗ“

Въпрос № 1: По отношение на изискванията на техническа спецификация на Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за образна диагностика“, бихте ли пояснили каква е клиничното значение на технически параметър № 12 на позиция 1 „Апаратура за магнитни-резонансна образна диагностика (MRI – equipment), а именно: „Дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см, включително капаците) – не повече от 175 см ?

Отговор на въпрос №1: Параметърът „Дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см, включително капаците) – не повече от 175 см“ е пряко свързан с комфорта на пациента по време на изследвания, като по-късо гентри намалява дискомфорта при изследване.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
министър на здравеопазването

За министър:.....
Заместник-министър: Д-р Б. Стефанов
Заповед за заместване №РД-15... 20.6.2014.