



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 148  
факс: (+359 2) 9301 451

[mail@mh.government.bg](mailto:mail@mh.government.bg)  
[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Изх. № 94-1141 / 20.6 ..... 2014 год.

**ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**ОТНОСНО:** *Разяснения по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получени въпроси по обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, част от СРИП на МЗ“*

**Въпрос № 1:** По отношение на изискванията на техническа спецификация на Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на апаратура за образна диагностика“, бихте ли пояснили каква е клиничното значение на технически параметър № 12 на позиция 1 „Апаратура за магнитни-резонансна образна диагностика (MRI – equipment), а именно: „Дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см, включително капаците) – не повече от 175 см ?

**Отговор на въпрос №1:** Параметърът „Дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см, включително капаците) – не повече от 175 см“ е пряко свързан с комфорта на пациента по време на изследвания, като по-късо гентри намалява дискомфорта при изследване.

**Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА**  
министър на здравеопазването



За министър:.....  
Заместник-министър: *Dr. T. Teneva*  
Заповед за заместване №РД-15... *30.7.18.02.14.*