



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 152  
факс: (+359 2) 981 1833

[mail@mh.government.bg](mailto:mail@mh.government.bg)  
[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Рег. № 26-03-76, 01.10 /...../.....2013 г.

**ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**ОТНОСНО:** Разяснение по чл. 29 от закона за обществени поръчки /ЗОП/ във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, част от СРИП на МЗ"

**Въпрос:** Съгласно вашия отговор, параметърът "дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см. включително капаците) - не повече от 175 см" е пряко свързано с комфорта на пациента по време на изследванията. означава ли това, че вие имате предвид дължината на пациентния тунел, където се разполага пациента по време на изследването?

**Отговор:** Да, възложителят има предвид, че дължината на пациентния тунел е пряко свързана с комфорта на пациента. Отчитайки обстоятелството, възложителя би приел за разглеждане предложения с дължина на пациентния тунел по малка от 175 см.

Д-Р МИРОСЛАВ ПЕНКОВ  
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

