



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-44 / 27.06 / 2014 г.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получен въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, част от СРИП на МЗ“

Въпрос 1:

Относно Техническа спецификация по обособена позиция 1, раздел 5 система за архивиране и разпространение на образи (PACS):

- точка 2.5. - „възможност за обработка 2D, 3D и 4D реконструкции, като напредничава визуализация на едно работно място, без да се рестартира работната станция“. Моля да поясните каква конкретна функционалност трябва да изпълнява така описаното изискване.

Отговор на въпрос 1:

Изискването за „Възможност за обработка 2D, 3D и 4D реконструкции, както напредничава визуализация на едно работно място, без да се рестартира работната станция“ предполага възможност една работна станция да обработва 2D, 3D и 4D реконструкции, както и напредничава визуализация, както и да не се налага рестартиране на работната станция при превключване между различните приложения.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

