



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 148
факс: (+359 2) 9301 451

mail@mh.government.bg
www.mh.government.bg

Изх. № 26-03-76/7-10 2014 год.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснения по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получени въпроси по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Куркович“ АД, гр. Стара Загора”, част от СРИП на МЗ“

Въпрос № 1: Следва ли да разбираме Вашето разяснение с Рег. № 26-03-76/01.10.2014 г., като насочващо какво включва визирания параметър за дължина на магнита (гентрито), включително капаците, а именно магнита (тунеловидното гентри) около пациентния тунел и капаците, а не като изменение на одобрената в обществената поръчка и одобрената от МРР спецификация и като изменение на заложеното изискване „дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см, включително капаците) – не повече от 175 см“?

Отговор на въпрос №1: Дължината на гентрито и/или дължината на пациентния тунел са параметри, чието значение не е определящо за класа, клиничното приложение и функционалните възможности на апарата. С оглед разпоредбите на чл.32, ал.1 от ЗОП и на база предходните мотиви, в наше Разяснение №26.03.76/01/10/2014 поясняваме, че възложителя ще приеме предложения с дължина на пациентния тунел под 175 см. Цитираното наше разяснение не ограничава предлагането на апарати с дължина на гентрито под 175 см. и не променя техническата спецификация.

Въпрос № 2: В случай, че при даден производител дължина на магнита (гентрито), включително капаците и дължината на пациентния тунел са с различни стойности и пациентния тунел е по-къс от 175 см. (каквито са всички пациентни тунели), по дължината на магнита (гентрито) включително капаците надвишава 175 см., следва ли да разбираме, че изменят техническата спецификация и ще приемете предложението му или всички предложения на участници следва да отговаря на одобрената техническа спецификация?

Отговор на въпрос №2: Възложителят не променя одобрената техническа спецификация. В случай, че изразената във въпрос № 2 хипотеза е налице и ако този участник е представил техническо предложение в съответствие с чл.33, ал. 1 от ЗОП, възложителят ще го приеме.

Въпрос № 3: Тъй като дължината на пациентния тунел и дължината на магнита включително капаците биха могли да бъдат различни параметри и да имат различни стойности, и тъй като в обществената поръчка има изрично изискване всички предложения да отговарят на техническите спецификации, следва ли да се разбира, че предложенията, които не отговарят на одобреното изискване „дължина на магнита (дължина на магнита (гентрито) в см, включително капаците) – не повече от 175 см“ ще бъдат отстранени?

Отговор на въпрос №3: Ако предложенията: 1. отговарят на поставените изисквания от техническата спецификация; 2. са в съответствие с разясненията на възложителя; 3. или ако са приложени разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от ЗОП, не следва да бъдат отстранени.

Д-Р МИРОСЛАВ ПЕНКОВ
министър на здравеопазването

