



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 152  
факс: (+359 2) 981 1833

[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Рег. 26-00-386, 17.03.17 г.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

*Относно: Разяснения по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2014 г.“, включваща 42 самостоятелно обособени позиции“*

**Въпрос № 1:** В техническата спецификация, глава II, Обособена позиция № 2 - Тестове за експресна диагностика на HIV -1/HIV-2 Ат; към групата на Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА /HIV-1+HIV-2/

Въпросът ни е следния, тестовете по позиция 2 **ЕЛИЗА** ли трябва да бъдат или експресни?

**Отговор на въпрос №1:** Изискването на Възложителя, тестовете по обособена позиция № 2 - Тестове за експресна диагностика на HIV -1/HIV-2 Ат, е да бъдат експресни (бързи).

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА  
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

