



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 16-В-23 / 1.7. 2014 г.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получен въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, част от СРИП на МЗ”

Относно обособена позиция №6 „Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг“

Въпрос 1:

В т. 2 от техническата спецификация е посочено изискване за „Двуфокусна рентгенова тръба с би-метален анод“ - ще допуснете ли до участие рентгенова тръба, при която материалът на анода е Волфрам (W), който материал е доказал изключителната си ефективност в дигиталната мамография?

В потвърждение на нашите думи прилагаме заключение от проучване на Университета Ферара, Италия върху използването на волфрамов анод в рентгеновите тръби при дигитални мамографи. (При необходимост сме готови да предоставим заключението на български език).

Отговор на въпрос 1:

Участниците следва да предложат апаратура, отговаряща на изискванията, заложиени в техническата спецификация, по обособена позиция 6.

Въпрос 2:

В т. 8 от техническата спецификация е посочено изискване за „Изоцентрично гентри с моторизирана ротация $\pm 180^\circ$ - ще допуснете ли моторизирано движение на гентритото, различно от посочените градуси?

Основание за нашето питане ни дава същността и механизма на мамографското изследване, когато при изоцентрично гентри, което се върти на 180° в едната посока, се покриват 100% от изследванията на гърдата, независимо дали то се завърта на 180° в другата посока.

Отговор на въпрос 2:

Да, щом при изоцентрично завъртане на 180 градуса има 100% покритие на гърдата.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

