



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-50/04.04..... 2014 г.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получен въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, част от СРИП на МЗ”

Относно обособена позиция №6 „Дигитална маммографска система за диагностика и скрининг“

Въпрос 1:

В приложение №1 към документацията за участие, таблица за съответствие с техническите параметри, в т. 19 има изискване за „Възможност за стереотактична биопсия“.

Моля да поясните дали предлаганият маммограф трябва да поддържа такава функция или да има възможност за такава на по-късен етап?

Отговор на въпрос 1:

Оферираните от участниците апарати трябва да имат възможност да осъществяват съответните функции.

Въпрос 2:

В приложение №1 към документацията за участие, таблица за съответствие с техническите параметри, в т. 20 има изискване за „Възможност за томосинтеза или ъпгрейд за томосинтеза“.

Моля да поясните дали въпросното изискване следва да означава, че са допустими предложения за апарати, които към датата на доставката не притежават такава функционалност, но имат технологична възможност за надграждане (ъпгрейд) за томосинтеза на следващ етап.

Отговор на въпрос 2:

Оферираните от участниците апарати трябва да имат възможност да осъществяват съответните функции.

За министър: Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
Заместник - министър: Д-Р БОЙКО ВЕНКОВ
Заповед за заместване №РД-15-381/07.07.2014

