

СПЕСИФИКАЦИЯ
на ендоскопска апаратура
/видеоколоноскопи, видеогастроскопи /

№	Апаратура	параметри
1.	Видеоколоноскоп	- дължина 130 мм - 200 мм; - външен диаметър до 13,5 мм; - работен канал над 3,6 мм; - зрителен ъгъл по-голям от 120°
2.	Видеогастроскоп	- външен диаметър до 10 мм; - работен канал по-голям от 2,2 мм; - зрителен ъгъл над 120°;
	<u>Към всеки един от тези апарати са необходими допълнително:</u>	
	Видеопроцесор HD	да
	Ксенонов светлинен източник	150-300 W
	Монитор	над 21``
	Цветен видеопринтер	да
	Устройство за дигитално архивиране на образа	да
	Тролей (стойка)	да
	Ендоскопски шкаф за съхранение	да
	Апарат за дезинфекция и стерилизация на ендоскопите с възможност за тестване на херметичността	да
	Електрокоагулатор с възможност за аргон-плазмена коагулация	да
	Ултразвукова вана за почистване на ендоскопите	да