



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



Изх. № 26-00-548/02.11.2012 г.

**ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С
ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА, ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ГАРАНЦИОННО И
СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА
ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНА АПАРАТУРА ЗА
НУЖДИТЕ НА „СБАЛО“ ЕАД – ГР. СОФИЯ
И МБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ГР. ВАРНА”**

Отговор на поставени въпроси относно: *Обществена поръчка с предмет "Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на „СБАЛО“ ЕАД – гр. София и МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна” по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на „СБАЛО“ и проект „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“ ЕАД – гр. Варна”, открита с Решение № РД-17-110/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0021*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Обособена позиция № 3 „Магнитно - резонансен томограф

Въпрос № 1:

В т. 5 „Окомплектовка бобини” са посочени броя на каналите, които да имат отделните бобини.

При съвременните магнитно-резонансни томографи е широко използвана практиката да се използват отделни елементи от различни бобини при получаване на образите от определена зона или орган от човешкото тяло. По този начин се взема сигнал от бобинни елементи близо до изследваната зона и по каналите на избраните бобини информацията се приема и прехвърля за обработка. Образи получавани при такава комбинация на бобини са с много по-високо качество.

Ще се приемат ли съвременни технически решения, при които искания брой канали за дадена бобина в спецификацията се постига от комбинацията на две или повече бобини при изследване на определената зона или орган от човешкото тяло?”

Отговор на въпрос 1.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, Възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации.

Въпрос № 2:

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

„В ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (чл. 28, ал. 1 т. 4 от ЗОП за обособени позиции № 2 и № 3 е посочено, че Технологично оборудване на Командното и Процедурното помещение, са задължение на Доставчика на уредбата, в зависимост от изискванията на Производителя.

Молим да бъде пояснено какво Възложителят разбира под Технологично оборудване:

- доставка на обзавеждане на помещенията – работни плотове за разполагане компонентите, секционни шкафове за сервизна документация и аксесоари или други?”

Отговор на въпрос 2.

Да се разбира всяко друго допълнително оборудване, необходимо и свързано с монтажа и работата на доставената апаратура и помещенията, в които същото ще бъде инсталирано.

Въпрос № 3:

„Относно изискванията към предлаганата апаратура – раздел 4:

В т. 4.2.1.21. (стр. 74), както и в т. 4.2.2.21 (стр. 77) е посочено, че участникът трябва да представи изпълнена таблица за съответствие с техническите параметри, с приложен доказателствен материал за всяка отделна позиция от таблицата (технически спецификации, брошури).

Молим да потвърдите, че участникът може да представи доказателствен материал за всяка отделна позиция от таблицата (технически спецификации, брошури) на английски език?”

Отговор на въпрос 3.

Участникът може да представи доказателствен материал за всяка отделна позиция съгласно глава III, т.6 и т.7 на стр.134 на тръжната документация.

Относно проекта на договор – Образец № 13

Въпрос № 4:

В чл. 15, ал. 3 и ал. 4 е посочено: ал. 3 Изпълнителят се задължава по време на гаранционния срок и срока на пълно следгаранционно обслужване максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудване поради повреди или профилактика да не надвишава (240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

Ал. 4 При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 11 от настоящия договор.

В чл. 2, ал. 11 е посочено: Сроковете по ал. 7, 8 и 9 се удължават с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика.

Молим да потвърдите, че думата „дни” в чл. 2, ал. 11 следва да се чете „часа”?”

Отговор на въпрос 4.

Чл. 2, ал. 11 от проекта на договора – Образец № 13 в съответствие с т. 4.2.1.16 и т. 4.2.2.15 от Технически условия и изисквания за изпълнение към Техническата спецификация гласи: „Сроковете по ал. 7, 8 и 9 се удължават с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика”. При формиране на поставеното изискване не е допусната техническа грешка.

Въпрос № 5:

„В чл. 13, ал. 1, т. 12 се изисква Изпълнителят „12. да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 10 години от въвеждането му в експлоатация;”

В чл. 35, ал. 1 се изисква Изпълнителят е длъжен да осигури оригинални резервни части, свързани с експлоатацията на доставеното оборудване за период от 10 години, след изтичане на гаранционния срок.

Молим да поясните откога следва да тече срока за осигуряване на оригинални резервни части?”

Отговор на въпрос 5.

Съгласно т. 6 от Раздел XII „Други условия”, при противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в документацията за участие, ще се прилагат документите с по-висок приоритет, съгласно посочената в цитираната точка последователност. В конкретния случай, Техническата спецификация е с по-висок приоритет от образците в документацията за участие. С оглед на изложеното в т. 4.2.1.10 и т. 4.2.2.9. от Технически условия и изисквания за

изпълнение към Техническата спецификация, участникът се задължава да осигурява оригинални резервни части в срок от 10 г., след изтичане на гаранционния срок на съответната апаратура. Същото следва да се докаже с декларация, издадена от участника и/или производителя.

В резултат на гореизложеното, текста на чл. 13, ал. 1, т. 12 следва да се чете: „12. да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 10 години след изтичане на гаранционния срок на съответната апаратура”.

Въпрос № 6:

„В т. I Предмет на договора:

Чл. 1, ал. 2 Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности.....

Т. 2. Монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване.

Молим да бъде пояснено какво следва да се разбира под въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване?

- провеждане на приемно изпитване от Изпълнителя по методика на производителя, съгласно чл. 39 от Наредба № 30/2005 г.;

- или изпълнение на всички дейности до получаване лицензия за използване на кабинета за работа с източник на ИЙЛ за медицински цели по смисъла на ЗБИЯЕ ?”

Отговор на въпрос 6.

Понятието „въвеждане в експлоатация” се визира от чл. 39 и чл.41 от Наредба № 30 / 2005г. и чл.58, ал.2 от ЗБИЯЕ.

Въпрос № 7:

„В т. VIII Права и задължения на Изпълнителя:

Чл. 13, ал. 1, т. 15 Да предостави технологичен проект за помещенията за монтиране на апаратурата съобразен с работния инвестиционен проект, за който има издадено разрешение за строеж, в срок от 2 седмици след сключването на договора.

Молим да бъдат направени следните пояснения:

1. Какво се разбира под технологичен проект – проекти по всички части, касаещи безпроблемната работа на апаратурата, или проект по Част Технологична със задание към останалите специалности от екипите, изработили проектите?”

Отговор на въпрос 7.

Част „Технологична” със задание към всички специалности от екипа за работно пресектиране, за да се осигури свързването на доставяното медицинско оборудване със сградните инсталации, носещата конструкция, както и с останалото оборудване и компоненти на лъчетерапевтичния комплекс.

Въпрос № 8:

„2. Да се разбира ли, че при подписване на договора Изпълнителят ще получи проектите за обекта на електронен носител (формат *dwg*) и ако ДА, то в какъв срок?”

Отговор на въпрос № 8

След подписване на договора избраният изпълнител ще получи инвестиционните проекти на обекта.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
/Взложител, съгласно Заповед № РД-
27-31/22.06.2011 г./

