




ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bggregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансираат от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-07-045/94 2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

Отговор на поставени въпроси относно: Обществена поръка с предмет "Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-109/24.02.2012 г., номер на обявленето в АОП: 0080-2012-0019

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на следния поставен въпрос:

Въпрос № 1:

Относно обособена позиция 1: Доставка на апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI - equipment)

В техническата документация е посочено като количество и обем: доставка на 9 бр. апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, 1 бр. радиочестотна клетка за MRI 1.5T и 1 бр. климатична система за MRI 1.5T.

Моля да обясните дали за останалите 8 бр. апарати има вече доставени или са осигурени по-друг начин радиочестотни клетки за MRI 1.5T и климатични системи. Те са абсолютно необходими за работата на MRI 1.5T. При липса на посочените радиочестотни клетки и системи, не е възможно пускане в експлоатация и узаконяване на MRI 1.5 T


Отговор на въпрос 1.

Съгласно становището на националния консултант по образна диагностика и записаното в техническата спецификация в т.21 от обособена позиция 1, офериранията апаратура следва да има: „Допълнителна окомплектовка: Фарадеева клетка, включително интериорни стени, чилър за охлаждане на магнита“

Съгласно таблица поместена на стр.7 от документацията на горецитираната обществена поръчка, в която е разписано разпределението на апаратурата в

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

болничните и лечебни заведения е уточнено, че горепосочената окомплектовка, а именно т.1.1 „Радиочестотна клетка за MRI 1,5T” и т.1.2 „Климатична система за MRI 1,5T” е предназначена за краен получател МБАЛ Благоевград АД. По отношение на Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment) общо девет броя са предназначени за следните крайни получатели: МБАЛ Благоевград АД, МБАЛ Монтана АД, МБАЛ Русе АД, МОБАЛ Велико Търново АД, УМБАЛ Пловдив ЕАД, МБАЛ Бургас АД, МБАЛ Сливен АД, МБАЛ Смолян АД, УМБАЛ Плевен ЕАД.



ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./