



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 203
факс: (+359 2) 9301 451

mail@mh.government.bg
www.mh.government.bg

Изх. № 26-03-66/13.10. 2015 год.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Искане за разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям следния отговор на зададен въпрос:

Въпрос: Във връзка с изискването от техническата спецификация: „**памет:** мин. 100 комплекта протоколи, 50 комплекта измерени данни, 20 комплекта стандартни криви”, ще приемете ли, че е изпълнено изискването, ако ELISA системата съдържа ELISA ридер, който се управлява стандартно от компютър, в чиято памет могат да се съхраняват неограничен брой комплекти протоколи, комплекти измерени данни и комплекти стандартни криви, и този компютър е включен в доставката?

Отговор на въпрос: В Документацията към процедурата, Глава II - Техническа спецификация, т. 2 – Минимални технически изисквания към ELISA ридера е заложено изискване да има възможност за самостоятелно управление, както и чрез компютър. Същевременно е заложено и изискване за памет - мин. 100 комплекта протоколи, 50 комплекта измерени данни, 20 комплекта стандартни криви. С оглед изпълнението на минималните технически изисквания при режим на самостоятелно управление, е необходимо ELISA ридера да разполага със собствена памет съгласно спецификацията.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
министър на здравеопазването

