



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-00-1787/18-09 ..... 2017 год.

**ДО**  
**ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл. 33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D“ по Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)“

***УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,***

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям отговор на зададените въпроси:

В т. 1.2.2. и 2.2.2. на Техническата спецификация се изисква операционна система на ехографите Windows 7 или по-висока или еквивалент.

**Въпрос:**

1. Кои операционни системи Възложителят ще приеме за еквивалентни на версиите 7 и по-високи на Windows Microsoft по смисъла на чл.48 (2) от ЗОП?

2. Предвид на това, че Windows е търговска марка на Microsoft, допуска ли Възложителят ултразвукова апаратура с еквивалентна на Windows Microsoft операционна система, избрана от редица наложени на пазара производители и отличаваща се с широка поддръжка на стандартен хардуер и всякакви периферни устройства и позволяваща лесна интеграция с ИТ структура и улеснен сервиз: Linux, mac OS или Android?

**Отговор на въпрос:**

Поставеното от възложителя изискване за Операционна система MS Windows 7 или по-нова версия е съобразено с операционните системи ползвани от лечебните заведения, на които следва да бъде доставена апаратурата, а именно MS Windows. Във връзка с горното възложителят ще приеме за еквивалентни операционни системи, такива които са съвместими и могат да работят с MS Windows 7 или по-нова версия. Предложените еквивалентни решения е необходимо да поддържат база от данни за периферни устройства, аналогична на MS Windows 7 или по-нова версия за да се избегне конфликт с наличните в лечебните заведения периферни устройства и друга техника.

**ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, ДМН**

Министър на здравеопазването



За министър:	
Заместник-министър:	А. Келчев
Заповед за заместване:	
№РД-15:	1098 / 14.09.17г.