



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

---

Изх. № 26-03-2/20.02: 2019 год.

**ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: *„Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“*

***УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,***

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

**Въпрос № 1:**

По техническата спецификация на обособена позиция №3.2 „Хладилник лекарствени средства“ едно от минималните изисквания за предлаганите хладилници е наличието на 3 бр. чекмеджета и 1 рафт. Въпросът ни е дали ще се приеме наличието на кошници вместо чекмеджета за тези хладилници като допустимо условие?

**Отговор на въпрос № 1:**

Изискването на възложителя съгласно Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка, по обособена позиция №3.2 „Хладилник лекарствени средства“, е наличие на 3 бр. чекмеджета и 1 рафт. Възложителят няма да приема наличие на кошници, вместо чекмеджета за тези хладилници.

**Въпрос № 2:**

Ще се приеме ли “Хладилник лекарствени средства с 3 бр. кошници и 1 рафт” и отговарящ на техническите спецификации на Възложителя вместо изискуемите “Хладилник лекарствени средства с 3 бр. чекмеджета и 1 рафт”?

**Отговор на въпрос № 2:**

Възложителят няма да приема предложения, в които се оферира “Хладилник  
лекарствени средства с 3 бр. кошници и 1 рафт”.

Заличена информация  
на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

**КИРИЛ АНАНИЕВ**  
Министър на здравеопазването

