



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-2/1402 2019 год.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Искане за разяснение на основание чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

Въпрос № 1:

По обособена позиция № 3 „Хладилници“ – моля да уточните вида на предните врати на хладилниците от какъв вид трябва да бъдат – плътни, непрозрачни или прозрачни, стъклени със специално термоизолиращо покритие.

Отговор на въпрос № 1:

За обособена позиция № 3 „Хладилници“ възложителят не е поставил изискване за вида на предната врата.

Въпрос № 2:

Ще се приеме ли хладилник за лекарствени средства тип Медицински с прозрачна, термоизолирана стъклена врата и отговарящ на техническата спецификация на Възложителя?

Отговор на въпрос № 2:

Възложителят ще приеме предложение за хладилник за лекарствени средства, тип „Медицински“ с прозрачна, термоизолирана стъклена врата, като същият трябва да отговаря на техническата спецификация на Възложителя.

Заличена информация
на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

