



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-53/26.09. 2016 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** -Искане за разяснение на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки по открита обществена поръчка с предмет: *„Доставка на медицински изделия за автоматична диагностика на туберкулоза в рамките на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“.*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям отговор на следните зададени въпроси:

**Въпрос № 1:**

Моля да уточните вида на наличната апаратура, на която се изработват тестовете.

**Отговор на въпрос № 1:**

Наличната апаратура на която се изработват тестовете е ВАСТЕС MGIT 960 System – напълно автоматизирана система за култивиране на микобактерии (*M.tuberculosis*); определяне на лекарствена чувствителност към първи и втори ред противотуберкулозни лекарства; и възможност за видова идентификация до ниво: *M.tuberculosis complex* и нетуберкулозни микобактерии. Посочената автоматизирана система, използвайки специфичен софтуер отчита растежа на микобактерии в течната хранителна среда MGIT 7 мл., баркодирана, с вградена флуоресцентна компонента в силиконова мембрана.

**Въпрос № 2:**

За тестовете по обособена позиция № 7 „Бърз имунохроматографски тест за идентификация на *M. tuberculosis* комплекс от течни среди за система за автоматизирана диагностика на туберкулоза“ изисква ли се апаратура или същите се изработват мануално ?

**Отговор на въпрос № 2:**

Тестовете по обособена позиция №7 „Бърз имунохроматографски тест за идентификация на *M.tuberculosis complex* от течни среди за система за автоматизирана диагностика на туберкулоза” се изработват мануално, но течната среда за автоматизирана диагностика, която се тества с имунохроматографския тест е предварително култивирана и отчетена като положителна за микобактерии среда MGIT, 7 мл. в посочената в отговора на въпрос 1 апаратура – автоматизираната система BACTEC MGIT 960 System.

Заличена информация на  
основание чл. 2 от ЗЗЛД

**Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ**

министър на здравеопазването

